

## 物品仕様書

No.	項目	内容
1	契約番号	第24号
2	品名	クランプメーター <span style="float: right;">の新品で、下記の内容を満たすもの。</span>
3	数量	1台
4	規格	(1) 直流電流レンジ 100A/1,000A 基本確度 ±1.5%rdg、±5dgt程度 (2) 交流電流レンジ 100A/1,000A(10~500HZ 真の実効値整流) 基本確度 45-66HZ: ±1.5%rdg、±5dgt程度 (3) 直流電圧レンジ 419.9mV~600V、5レンジ 基本確度±1.3%rdg、±4dgt程度 (4) 交流電圧レンジ 4.199~600V、4レンジ 基本確度±2.3%rdg、±8dgt(30~500HZ、真の実効値整流)程度 (5) 抵抗レンジ 419.9Ω~41.99MΩ、6レンジ 基本確度±2%rdg、±4dgt程度 (6) その他機能 導通(50Ω±40Ω)以下でブザー音、データホールド オートパワーセーブ、オートゼロ(DC、A) (7) 表示 LCD表示 max4199dgt、表示更新レート2.5回/秒程度 (8) 電源 コイン型リチウム電池 連続使用時間35h程度 (9) 測定可能導体径 Φ35mm以下 (10) 寸法・重量 W57mm×H180mm×D16mm程度・150g程度
5	付属品	コイン型リチウム電池、携帯用ケース、テストリード、取扱説明書
6	参考銘柄	Hioki クランプオンAC/DCハイテスタ 3288-20
7	同等品	可
8	納入場所	消防本部予防課
9	その他	(1)組立・搬入・各種設定・接続等が必要な場合は、費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。 (2)同等品での見積りを希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格、仕様等が容易に判断できる資料(カタログ、仕様表、寸法図等)を添付して提出してください。 ※規格に変更がない後継品の場合は、申請不要です。 (3)保証期間は納入完了の日から起算して1年間とします。又この期間において材質・縫製等の不良による故障・破損等の欠陥を認めた場合、その修理は無償(部品代金も含む)で対応をお願いします。
10	担当課・係	消防本部予防課 予防係