物品仕様書

No.	項目	内容
1	契約番号	第70号
2	品名	センサー式酸素・二酸化炭素測定器 の新品で、下記の内容を満たすもの。
3	数量	1台
4	規格	(1)測定原理 酸素:定電位電解式 二酸化炭素:非分散赤外線吸収式(NDIR) (2)測定範囲 酸素:0.0~25.0%程度、二酸化炭素:0.04~5.00%程度 (3)換気方式 一定時間吸引、連続吸引の切り替え式 (4)表示方式 液晶表示器による酸素・二酸化炭素同時デジタル表示 (5)指示精度 校正した温度±5℃において、 酸素:±1.0%O₂程度 二酸化炭素:濃度0.04%以上0.50%未満:±0.15%CO₂程度 濃度0.50%以上5.00%以下:±30%RD程度 (6)測定時間 一定時間吸引で測定の場合50秒程度 (7)連続使用時間 約1.5時間以上 (8)電源 単3形アルカリ乾電池2本相当 (9)外形寸法・質量 W196×H38×D106mm、400g程度(使用時)
5	付属品	取扱説明書ほかメーカー標準付属品一式
6	参考銘柄	ウチダ GOCD-2
7	同等品	可
8	納入場所	糸魚川市教育研修センター
9	その他	(1)組立・搬入・各種設定・接続等の費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。 (2)同等品での見積りを希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格、仕様等が容易に判断できる資料(カタログ、仕様表、寸法図等)を添付して提出してください。 ※規格に変更がない後継品の場合は、申請不要です。 (3)保証期間は納入完了の日から起算して1年間とします。又この期間において材質・縫製等の不良による故障・破損等の欠陥を認めた場合、その修理は無償(部品代金も含む)で対応をお願いします。
10	担当課・係	こども教育課 庶務係