

## 物品仕様書

| No. | 項目    | 内容   |
|-----|-------|--|
| 1   | 契約番号  | 第 184 号  |
| 2   | 品名    | 哺乳瓶消毒保管庫 の新品で、下記の内容を満たすもの。   |
| 3   | 数量    | 1 台  |
| 4   | 規格    | 熱風消毒保管庫<br>(1) 型式 熱風殺菌方式(遠赤外線)<br>(2) 寸法 幅37cm×奥行30cm×高さ47cm 程度<br>(3) 収納数 9本 程度<br>(4) 電源 AC100V<br>(5) 殺菌灯使用数 6W×1本<br>(6) その他 既存品1台の廃棄処分を含む<br>(殺菌灯保管庫 日医 品番不明)<br>設置位置は別紙図面のとおり  |
| 5   | 付属品   | 取扱説明書等メーカー標準付属品一式  |
| 6   | 指定銘柄  | 日本カービング(株) クリアベビーボトルCBB-900S   |
| 7   | 同等品   | 可  |
| 8   | 納入場所  | 西海保育園 調乳室  |
| 9   | その他   | (1) 組立・搬入・各種設定・接続等が必要な場合は、費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。<br>(2) 同等品での見積りを希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」を提出してください。(規格に変更がない後継品の場合は、申請書の提出は不用です。)<br>(3) 保証期間は納入完了の日から起算して1年間とします。又この期間において材質・縫製等の不良による故障・破損等の欠陥を認めた場合、その修理は無償(部品代金も含む)で対応をお願いします。<br>(4) 現場確認を希望する場合は、事前に園と日程調整をお願いします。<br>連絡先／西海保育園 TEL 025-552-0712<br>(5) 納品の日時等は園と直接調整し、納品の際に、園職員へ機器の取り扱いについて説明してください。 |
| 10  | 担当課・係 | こども課・子育て支援係  |

# 西海保育園 哺乳瓶消毒保管庫設置箇所

※既設品と同位置に設置

