

## 物品仕様書

No.	項目	内容
1	物品番号	第 21 号
2	品名	生化学自動分析装置 の新品で、下記の内容を満たすもの。
3	数量	1 台
4	規格	<p>設置寸法 1,500mm(W)×1,300mm(D)×1,400mm(H) 以内に収まること。 (純水装置、その他付属装置を含む)</p> <p>電源 AC100V</p> <p>必須分析項目 総蛋白・アルブミン・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・AST ALT・ALP・LDH・γGTP・CK・アミラーゼ・総ビリルビン 総コレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 HDLコレステロール・血清鉄・不飽和鉄結合能・カルシウム マグネシウム・ナトリウム・カリウム・クロール・無機リン グルコース・HbA1c・フェリチン・CRP</p> <p>最大依頼項目 100項目程度</p> <p>処理速度 比色:最大400テスト/時、電解質:最大600テスト/時程度</p> <p>その他 国産品であること。 電解質測定ユニットは標準装備であること。 サンプル容器は採血管をそのまま使用できること。 操作モニターが17インチ程度あり日本語を使用していること。 HbA1cが自動測定できること。 試薬、検体、共にバーコード対応していること。 GMES臨床検査システム(グローバルビジョン社)との接続費用を含むこと。</p>
5	付属品	メーカー標準付属品一式
6	参考銘柄	Canon AccuteRX
7	同等品	可
8	納入場所	能生国民健康保険診療所
9	その他	<p>(1)組立・搬入・各種設定・接続等が必要な場合は、費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。 ・電源工事が必要な場合はその費用も含むこと。 ・買い替え旧機器の処分費用を含むこと。 旧機器:東芝TBA-25FR、医療機器届出番号:09B1X00003000033</p> <p>(2)同等品で入札を希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格、仕様等が容易に判断できる資料(カタログ、仕様表、寸法図等)を添付して提出してください。 ※規格に変更がない後継品の場合は、申請不要です。</p> <p>(3)現場確認を希望する場合は、事前に日時を調整しますので、下記までご連絡ください。連絡先/能生国民健康保険診療所 025-556-2712</p> <p>(4)保証期間は納入完了の日から起算して1年間とします。又この期間において材質・縫製等の不良による故障・破損等の欠陥を認めた場合、その修理は無償(部品代金も含む)で対応をお願いします。</p>
10	担当課・係	健康増進課・医事係