

## 物品仕様書

No.	項目	内容
1	契約番号	第 35 号
2	品名	人工呼吸器 の新品で、下記の内容を満たすもの。
3	数量	2個
4	規格	<p>・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律上の承認を得ていること。</p> <p>1 人工呼吸器</p> <p>(1) 寸法 100(W)×150(D)×100(H)mm 程度</p> <p>(2) 重量 1kg以下</p> <p>(3) 駆動 医療用圧縮酸素</p> <p>(4) 内部回路電源 バッテリー</p> <p>(5) 人工呼吸酸素濃度 100%</p> <p>(6) 1回換気量 65～950ml ダイアル調整式</p> <p>(7) 換気回数 10回～25回/分</p> <p>(8) ホース 患者側ホース 1本 再使用可能品 酸素供給側ホース 1本 ボンベ側接続部はジュロン型</p> <p>(9) その他 手動換気トリガー付き 各種ホースは耐久性に優れていること 可搬式であるが、取付金具により車両へ設置できる構造</p> <p>2 車載着脱用金具</p> <p>(1) 寸法 130～210mm×91～119mm×44～81mm</p> <p>(2) 重量 90g程度</p>
5	付属品	メーカー標準付属品一式
6	参考銘柄	株式会社ワコー商事 メデュマット・イージー・CPR基本セット WMED-6EC ハンドル付き車載着脱金具 EPTK3
7	同等品	可
8	納入場所	糸魚川市消防本部
9	その他	<p>(1) 組立・搬入・各種設定・接続等が必要な場合は、費用も含め使用可能な状態での納品を前提として入札をお願いします。</p> <p>(2) 同等品での入札を希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格、仕様等が容易に判断できる資料(カタログ、仕様表、寸法図等)を添付して提出してください。 ※規格に変更がない後継品の場合は、申請不要です。</p> <p>(3) 保証期間は納入完了の日から起算して1年間またはメーカー等で定める期間とします。又この期間において材質・縫製等の不良による故障・破損等の欠陥を認められた場合、その修理は無償(部品代金も含む)で対応をお願いします。</p>
10	担当課・係	消防本部 消防署警防課 救急係