

物品仕様書

No.	項目	内容
1	契約番号	第 96 号
2	品名	手動式肺人工蘇生器 の新品で、下記の内容を満たすもの。
3	数量	2個
4	規格	<ul style="list-style-type: none"> ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律上の承認を得ていること。 ・再使用可能な手動式肺人工蘇生器であること。 <p>(1) 構造</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マスク部、リリーフバルブ部、蘇生器本体、酸素リザーバー部で構成されていること ・蘇生器本体の形状により、成人および小児へ適切な換気量を供給できること ・肺に過剰な陽圧がかからないよう、リリーフバルブ(圧力制限弁)は70 mbar以下で作動すること <p>(2) 外形寸法</p> <p>全長350mm×直径(幅)150mm程度(蘇生器本体のみ)</p> <p>(3) 重量</p> <p>400g程度(蘇生器本体のみ)</p> <p>(4) 材質</p> <p>主要部分がシリコン製で耐久性に優れているもの</p> <p>(5) 酸素接続部</p> <p>内径6mm程度の酸素チューブが接続できること</p> <p>(6) 付属品</p> <p>成人用、小児用、新生児用の3種類のマスクが付属していること。</p>
5	付属品	メーカー標準付属品一式
6	参考銘柄	ワコー商事 コンビバック WCOM-3
7	同等品	可
8	納入場所	糸魚川市消防本部
9	その他	<p>(1) 組立・搬入・各種設定・接続等が必要な場合は、費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。</p> <p>(2) 同等品での見積りを希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格、仕様等が容易に判断できる資料(カタログ、仕様表、寸法図等)を添付して提出してください。 ※規格に変更がない後継品の場合は、申請不要です。</p> <p>(3) 保証期間は納入完了の日から起算して1年間とします。又この期間において材質・縫製等の不良による故障・破損等の欠陥を認めた場合、その修理は無償(部品代金も含む)で対応をお願いします。</p>
10	担当課・係	消防本部 消防署警防課 救急係