

物品仕様書

No.	項目	内容
1	契約番号	第 175 号
2	品名	聴力検査機器 の新品で、下記の内容を満たすもの。
3	数量	3台
4	規格	<p>(1)寸法 W125×D200×H65mm 程度</p> <p>(2)重量 250g 程度</p> <p>(3)検査周波数 250,500,1000,2000,3000,4000,6000Hz</p> <p>(4)聴力レベル -10～70dB 程度 (目盛間隔5dB)</p> <p>(5)電源 AC100V 50/60Hz</p> <p>(6)その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2人用(イヤホンと応答スイッチを1台につき2個ずつ備えること) ・JQA(一般財団法人日本品質保証機構)検定付き ・既存品の処分費を含む リオン株式会社 AA-31W2(学校教育課) ニッター AA31W2(能生小学校) ニッター AA31W2(青海中学校) ・収納用鞆を1台につき1個用意すること。
5	付属品	メーカー付属品一式
6	参考銘柄	(本体)日本医療器研究所 スマートオージオSA+(SA 2PJ) (収納鞆)日本医療器研究所 ツールバッグ(02906)
7	同等品	可
8	納入場所	糸魚川市役所 学校教育課、能生小学校、青海中学校
9	その他	<p>(1)組立・搬入・各種設定・接続等が必要な場合は、費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。</p> <p>(2)同等品での見積りを希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格、仕様等が容易に判断できる資料(カタログ、仕様表、寸法図等)を添付して提出してください。 ※規格に変更がない後継品の場合は、申請不要です。</p> <p>(3)保証期間は納入完了の日から起算して1年間とします。又この期間において材質・縫製等の不良による故障・破損等の欠陥を認めた場合、その修理は無償(部品代金も含む)で対応をお願いします。</p>
10	担当課・係	学校教育課・庶務係